

## CONSEJOS BÁSICOS PARA USAR COBRA SHADE SCAN



- ✓ BORDES GRISES PARALELOS A LOS DE LA IMAGEN
- ✓ BOCA ABIERTA Y RESPIRACIÓN POR LA NARIZ
- ✓ SALIVA LIMITADA
- ✓ DIENTE CENTRADO, SIN ÁNGULO O INCLINACIÓN
- ✓ PUNTA BAJO EL LABIO
- ✓ PUNTA EN CONTACTO CON EL DIENTE ADYACENTE
- ✓ PUNTA EN CONTACTO CON LA ENCÍA
- ✓ NO MOVERSE DURANTE LA ADQUISICIÓN (1s)

## MALAS PRÁCTICAS



## PUNTAS DE CALIBRACIÓN

EL NO RESPETO A LOS PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN PRODUCE UNA DEGRADACIÓN PRECOZ DE LAS PUNTAS.

UNA PUNTA DE CALIBRACIÓN DEGRADADA (DECOLORACIÓN, ASPECTO ALTERADO,...) DEBE SER CAMBIADA.

TIEMPO DE VIDA VERIFICADO PARA 100 PASES DE CICLOS DE AUTOCLAVE.



Aspecto interno y/o externo brillante y pegajoso



Apariencia interna y gris exterior y mate